

# BOME

STERİL DEİONİZE SU

1000 ML



Türk Kodeksine Uygundur.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 30.12.2004 tarih ve 2004/003 no.lu izni ile üretilmiştir.

Conductivity ( $\mu\text{s} / \text{cm}$ ) : 0,056-0,058  
Resistivity ( $\text{M}\Omega\text{-cm}$ ) : 17.800-18.100  
Total Silica ( $\mu\text{g}/\text{L}$ ) : <3.000  
Chlorides ( $\mu \text{ğ} /$ ) : <1.000  
Sodium ( $\mu \text{g}/\text{L}$ ) : <1.000